

NOTA TÉCNICA 9567**IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO**

CÂMARA/VARA: 3ª UJ JESP FAZENDA PUBLICA

COMARCA: Belo Horizonte

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

IDADE: 37 anos

PEDIDO DA AÇÃO: Artroplastia total de quadril bilateral com uso de prótese de alta resistência/durabilidade como polycrosslinked ou cerâmicascerâmica

DOENÇA(S) INFORMADA(S): M160

FINALIDADE / INDICAÇÃO:

REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CRM MG 61009

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 2026.0009567

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

-O procedimento artroplastia total de quadril bilateral com uso de prótese de alta resistência/durabilidade como polycrosslinked ou cerâmicascerâmica - (04.08.04.008-4 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA) está previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica da demandante?

R: Sim.

-Existem estudos científicos que demonstram a eficácia do procedimento para a condição de saúde da autora?

III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:

Relatório Médico

RELATORIO MEDICO

PACIENTE, SUPRACITADA, COM QUADRO ONSTEOENECROSE EM QUADRILBILATERAL , COM REDUÇÃO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO EM QUADRIL, ALTERAÇÃO A BIOMECANICA DO QUADRIL E COLUNA, IMPORTANCIA PERDA DA REDUÇÃO DA MOBILIDADE, EM USO DE SUPORTE DE MARCHA, DIFICULDADE EM REALIZAR ATIVIDADES DIARIAS (IR AO BANHEIRO, DEAMBULAR) **QUADRO COM DOR INTRATAVEL AO TRATAMENTO CLINICO (MEDICAMENTOS E FISIOTERAPIA).** AO AVALIAR PACIENTE ENCONTRA-SE ALEM DA DOR, REDUÇÃO DA MOBILIDADE DO QUADRIL, ENCURTAMENTO, LOMBALGIA REFRATIRIA. RISCO DE SEQUELAS IRREVERSIVEIS. CONFORME DITO EM RELATORIO E PEDIDO EM ANEXO. DEVIDO A SOBRECARGA MECANICA

RX / RM : COXARTROSE / OSTEOENECROSE. AVANÇADA E GRAVE EM QUADRILBILATERAL + OSSIFICAÇÃO HETEROTROPICA

PELA IDADE E REDUÇÃO DO RISCO DE NECESSIDADE DE REVISAO (TROCA) DE PROTESE DE QUADRIL. PACIENTE NECESSITA DE MATERIAL (OPME) ADEQUADO PARA IDADE E COM PAR TRIBOLOGICO DE MAIOR DURAÇÃO . MATERIAL ESTE NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. ,

PELA EVOLUÇÃO DO CASO, RISCO DE SEQUELAS IRREPARAVEIS E GRAVE COMPROMETIMENTO DO BEM ESTAR PACIENTE NECESSIAT PRIORIDADE E URGENCIA NO CASO EM QUESTÃO.

ATESTO QUE o procedimento e a prótese com material importado são necessários e imprescindíveis para a garantia da saúde e reabilitação do paciente, bem como que a prótese já fornecida pelo SUS não atende as especificidades do caso clínico, sendo, então, totalmente ineficaz a título de procedimento cirúrgico. Ressalta-se, por fim, que o material delimitado neste laudo é de forma concreta insubstituível para a garantia de higidez do procedimento delimitado e da plena recuperação do paciente.

SIGTAP 0408040092 (ARTROPLASTIA DE QUADRIL)

MATERIAL ABAIXO OPME

PROTESE IMPORTADA NÃO CIMENTADA , 01 CABEÇA CERAMICA - 01 HASTE NÃO CIMENTADA 01 ACETABULO NÃO CIMENTADO - 02 PARAFUSOS ACETABULATRES - 01 CABEÇA CERAMICA.

GRATO A DISPOSICÃO. SOLICITO PRIORIDADE

Considerações sobre a doença e o procedimento

A articulação do quadril é constituída pelo acetábulo e pela cabeça do fêmur. O acetábulo é o nicho situado no osso da bacia, onde se encaixa a cabeça do fêmur, que tem forma de esfera. Várias desordens podem levar à instabilidade da articulação do quadril, provocando dores e limitações de movimentos. Coxartrose é a nomenclatura que se atribui à artrose do quadril (articulação coxofemural); osteonecrose quando ocorre necrose da cartilagem/articulação. Geralmente há uma degeneração da cartilagem que recobre as superfícies ósseas, o que estimula uma atividade inflamatória local e proliferação desordenada do tecido ósseo. Dependendo do grau de degeneração e/ou osteonecrose o tratamento cirúrgico com colocação de prótese é a única alternativa. Pelo descrito na solicitação (não foram

apresentados exames) existe a indicação da cirurgia com colocação de prótese.

Existem diversos tipos de próteses e combinações de materiais possíveis na artroplastia total de quadril (ATQ), tanto no que diz respeito ao componente acetabular quanto ao componente femoral (cabeça). Diversos estudos tentam relacioná-las a maior ou menor eficácia e segurança em razão de fatores como idade do paciente, tipo de doença no quadril, a qualidade do osso base e a experiência do profissional realizando o procedimento. Os implantes atuais têm quatro combinações principais de cabeça femoral e materiais de superfície de apoio acetabular: metal-polietileno (MoP), cerâmica-polietileno (CoP), cerâmica-cerâmica (CoC) ou metal-metal (MoM). Implantes de metal-cerâmica são incomuns e os mais disseminados na prática clínica são os implantes do tipo MoP. As possíveis técnicas de fixação (o método de fixação do material da superfície do rolamento ao osso) também variam entre cimentadas (quando ambos os componentes são cimentados), não cimentadas (nenhum componente é cimentado), híbrida (a haste femoral, mas não a cúpula acetabular, é cimentada) ou híbrida reversa (o copo acetabular, mas não o caule femoral, é cimentado). Os polietilenos que recobrem o componente acetabular nas combinações CoP e MoP têm diferentes composições e ainda podem ser classificados como altamente cross-linked (uma nova geração de polietileno) ou não altamente cross-linked (incluindo diferentes tipos de polietileno). A polimerização do etileno cria o polietileno de ultra alto peso molecular, que é biocompatível e resistente ao desgaste pela sua superfície de baixo atrito. Já a obtenção do polietileno cross-linked se dá pelo processo de irradiação do polietileno com raios gama produzindo “ligações cruzadas” na molécula do material, sendo que os radicais livres são removidos por aumento da temperatura pré-derretimento.

O procedimento está bem indicado para a doença relatada artrose de quadril. Não se trata de procedimento de urgência/emergência. Levando-se em conta a complexidade do procedimento deverá ser realizado se as condições

clínicas permitirem e com todas cautelas necessárias (banco de sangue, reserva de CTI, fisioterapia respiratória dentre outras caso necessário).

O procedimento solicitado faz parte do rol de procedimentos do SUS.

De acordo com hierarquização do SUS o procedimento é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde; caso não exista no município unidade de saúde capaz de realizar procedimento com esta complexidade deverá ser encaminhado de acordo com diretriz contida Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999.

O SUS realiza cirurgias de artroplastia do quadril. Procedimentos disponíveis no SUS

04.08.04.004-1 - ARTROPLASTIA DE QUADRIL (NÃO CONVENCIONAL)

04.08.04.006-8 - ARTROPLASTIA TOTAL DE CONVERSÃO DO QUADRIL

04.08.04.008-4 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA

0408040092 ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA*

* Híbrida – cerâmica/polietileno

A realização de cirurgias através do SUS depende de pactuação com o gestor municipal, diretores de instituições onde serão realizados os procedimentos e gestores estaduais. Como trata-se de procedimento de alto custo está a cargo da Secretaria de Estado da Saúde.

IV – CONCLUSÕES:

- ✓ Trata-se de paciente de anos 37 de idade, as alterações descritas nos relatórios médicos são suficientes para indicar a artroplastia de quadril

- ✓ O procedimento está disponível no SUS. De acordo com documentos encaminhados o NAT-JUS paciente já cadastrado no SUS para realizar o procedimento
- ✓ **Não se trata de procedimento de urgência/emergência o relatório médico data de 27/10/2025. A definição de cirurgia eletiva que deve ser realizada em até 12 meses (máximo de 12 meses)**
- ✓ O procedimento é de alto custo e está a cargo da Secretaria de Estado da Saúde.

V – REFERÊNCIAS:

Portal do CNJ

Portal do Ministério da Saúde

Portal da CONITEC

VI – DATA: 16/04/2026

NATJUS TJMG